



Conductometric 滴定仪

2.856.1210

用于电导滴定的全套设备，例如根据 IP 400 测定油制品中的基质数。

包括 856 Conductivity Module、801 磁力搅拌器、800 Dosino、807 Dosing Unit (20 mL)、电导电极和 tiamo™ light。

Scope of delivery 2.856.1210

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.801.0010	801 Stirrer

无三角支架的磁力搅拌器，补充用于 Titrimo plus、Dosimat plus、Titrimo、Sample Processor、805 Dosimat 和 780/781 pH Meter。带有固定安装的、用于 MSB（万通串行总线接口）的线缆。



电导率测量模块作为现有 Titrand 系统的扩展设备或作为«独立设备»与 900 Touch Control 一起使用。通过 856 Conductivity Module 模块即可测定电导和温度也可测定总溶解固体值和盐度。它支持最新技术的 5 环电导测量池。

归功于电流分隔的测量输入，可在同一测量杯中互不干扰地测量 pH 值和电导值。



该 Conductivity Module 有 2 个 USB 接口，用于连接打印机、条形码读取器或自动进样器，以及 4 个 MSB 接口用于连接搅拌器或 Dosino。无论是作为独立设备与 900 Touch Control 一起使用，还是集成于 *tiamo*™ full (2.0 以上)，均满足 GLP 和 FDA 21 CFR 第 11 部分的要求。

带池常数的 5 环电导电极 $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ (指导数值)，集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆（1.2 m），用于连接到 856 电导率模块上。

该传感器适用于测量中等的电导率（ $5 \mu\text{S}/\text{cm}$ 至 $20 \text{ mS}/\text{cm}$ ），例如：

- 饮用水
- 地表水
- 废水



用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。






带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度：16 毫米



带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



用于将一台801，804或803型搅拌器连接到一台Titrande或805型Dosimat数字计量加液器上。



1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.070

支撑杆 / 400毫米



1 PCS

6.2021.020

电极架

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



1 PCS

6.2151.000

电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手，5 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

六角扳手（Hexagon key），2毫米
2 mm.

1 PCS

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 20 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS


1.800.0030

800 Dosino（电缆长度 1.5 m）

以用于智能配液单元的读写硬件来驱动。配有固定安装的电缆（长度 1.5 m）。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2061.010	试剂瓶固定器，用于Dosino 试剂瓶固定器，最多可用于两只安装在1升试剂瓶上的Dosino。	
6.2065.000	846 Dosing Interface 加液接口的支架（stacking frame）。 用来将试剂组织器（Reagent Organizer）固定在加液接口（Dosing Interface）的上面	