



卡式水分仪(890 Titrando卡式水分仪) | Metrohm

2.890.0110

890 Titrando卡式水分仪/卡尔费休水分测定仪是一台用于卡尔·费休容量法滴定的卡式水分仪。该仪器配有内置的滴定管驱动装置、四个 MSB 接口、一个电流分离式测量接口和一个 USB 接口。标准配置中包括 Touch Control 操作单元，该单元配有对触摸敏感的屏幕，可用于控制 Titrando、803 Ti Stand 和一个 10 mL 交换单元。

卡式水分仪——用户宜选890 Titrando卡式水分仪/卡尔费休水分测定仪_进口厂家_瑞士万通

更多卡式水分仪相关信息：

卡尔费休滴定中的常见问题——第 1 部分

卡尔费休滴定中的常见问题——第 2 部分

Scope of delivery 2.890.0110

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.890.0010

890 Titrando



1 PCS

1.803.0010

803型滴定台，带搅拌器和泵

紧凑式滴定台，带磁力搅拌器和内置泵，用于添加溶剂及吸空滴定杯中的液体。适用于用Titrando进行卡尔费休滴定。MSB接口。

包括完备的配件，溶剂瓶，以及废液瓶。




1 PCS

1.900.0010

900 Touch Control

Titrando、USB 样品处理器、856 Conductivity Module、867 pH Module 和 846 Dosing Interface 的操作单元。触摸灵敏、高度清晰的彩色屏幕以及可用于直接存取方法的收藏功能，都使操作能简单直观地完成。带有可直接连接到互联网上的以太网接口和用于连接 USB 打印机或 U 盘的 USB 接口。

对话框语言：德语、英语、中文、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、韩语、波兰语和意大利语。



1 PCS

6.00346.100

双 Pt 环形电极，用于容量分析

卡尔·费休滴定法用指示电极，由于具有两个熔融在一起的铂环，比传统铂销电极 (6.0338.100) 更坚固，更易于清洗。



1 PCS

6.1244.040

密封组件

用于 6.1414.030 的密封组件。该组件由一个密封件和不同的 O 型圈组成。



1 PCS

6.1403.040

KF干燥管

与卡尔费休设备一起使用。



1 PCS

6.1414.030

带 5 个开孔的卡尔·费休滴定杯上部

用于容量式卡尔·费休滴定。



1 PCS

6.1415.220

滴定杯 / 20至90毫升



1 PCS

6.1415.250

滴定杯 / 50至150毫升



2 PCS

6.1446.040

堵头螺丝 / M6



1 PCS

6.1446.060

塞子 / B-14/15 / M10



1 PCS

6.1446.090

塞子 / B-14/15 / M8



2 PCS 6.1448.010 垫片, 12毫米, 5片
每套5件。



1 PCS 6.1543.110 吸液头 / M8螺纹
用于676型样品转换器以及6.1805.200管和703型滴定台



1 PCS 6.1543.120 吸液头 / M8螺纹
与703 Ti Stand以及681泵单元一起使用（如果使用了6.1805.200吸液管）



2 PCS 6.1602.105 瓶盖 / GL 45 / 绿色
可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 GL 45。



1 PCS

6.1608.023

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



1 PCS

6.1608.030

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45



1 PCS

6.1609.010

吸收剂管，带管口

盖子，带管口。



1 PCS

6.1623.000

瓶盖的溢流保护

废液瓶瓶盖的溢流保护，在使用抽液泵时避免废液瓶溢流



1 PCS

6.1801.120

PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米



2 PCS

6.1805.200

PTFE管 / M8 / 0.5 米



1 PCS

6.1808.050

软管适配器 Olive / M8 外部

1 个外螺纹 M8 和 1 个 Olive 式软管适配器。例如用于交换单元的恒温器外罩和恒温测量设备。



1 PCS

6.1819.030

管

用于带螺纹的M8开孔。用于6.1602.1XX试剂瓶的瓶附件以及6.1608.0XX试剂瓶



1 PCS

6.1819.050 管

用于带M8螺纹的开孔，用在6.1602.10X试剂瓶瓶附件（带6.1608.030吸液瓶）上。用于703与803 Ti Stand滴定台,681泵单元及679 Rancimat



2 PCS

6.1903.020 搅拌子 / 16 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度：16 毫米



2 PCS

6.1903.030 搅拌棒 / 25 mm


带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2001.060 测定台（support stand），不带支撑杆

用于将一台801，804或803型搅拌器连接到一台Titrande或805型 Dosimat数字计量加液器上。



1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.070

支撑杆 / 400毫米



1 PCS

6.2023.020

SGJ 14/15 的夹子

SGJ 14/16 的夹子



2 PCS

6.2043.005

瓶固定夹

交换单元中试剂瓶的止动弹簧。



1 PCS

6.2104.020

1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.2412.000

称量船

玻璃称量船，用于滴定杯上部部件 6.1414.030 或滴定杯 6.1455.31X、6.1464.32X、6.1465.320。用于 KF 水份测定。包括护管。



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手，5 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

六角扳手（Hexagon key），2毫米
2 mm.



2 PCS

6.2730.010 螺纹接套

由PP材料制成。与 6.1448.010 垫片一起使用，或用于在 6.1414.030 和 6.1414.040 卡尔费休滴定杯盖上安装 6.1403.040 干燥管或 6.0338.100 电极。用于卡尔费休滴定



1 PCS

6.2730.020 带垫片的塞子 (Septum stopper)

带E.301.0041 O型密封圈。用于 6.1448.010 垫片和 6.1414.030 滴定杯盖。用于卡尔费休应用



3 PCS

6.2730.030 塞子

全套带有接头和 O 型圈。用于滴定杯上部部件 6.1414.030。用于 KF 仪器、VA 测量台、VA Computrace 和 IC 稀释。



1 PCS

6.2739.000 扳手

用于拧紧连接器



1 PCS

6.3026.210

10毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，10毫升玻璃计量管和避光保护壳。PCTFE /PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



1 PCS

6.6064.010

U 盘，用于 900 Touch Control



1 PCS

6.2811.000

分子筛

分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。



Optional accessories

Order no.	Description	
2.860.0010	860 KF Thermoprep卡氏炉	
	860 卡氏炉是为卡尔费休滴定中加热制备样品而设计的。许多物质因为不溶解，与卡尔费休试剂反应，水分释放缓慢或需要加热到很高温度，所以不能直接使用卡氏滴定仪测定。把样品装在密封的样品杯中，而后把样品放在炉子里。随后样品即可被任一卡氏滴定仪分析。	
6.2811.000	分子筛	
	分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。	
6.2811.010	分子筛（美国）	
	分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小：0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。 本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。	