



917 Coulometer库仑法卡尔费休水分测定仪， 配备有隔膜的发生电极

2.917.0010

917库仑法卡尔费休水分测定仪是一台根据卡尔费休滴定进行库仑法水分测定的紧凑型滴定仪，集成了操作模块、搅拌器和泵，不仅可快速更换试剂，还可大幅度节省实验室工作台上的使用面积。

建议的测量范围：10 µg – 200 mg 绝对水

库仑分析法是液体、固体和气体中痕量水分测定的理想方法，而且是一种绝对方法，无需进行滴定度测定。

917库仑法卡尔费休水分测定仪符合 FDA 21 CFR Part 11的要求，因此可确保您在审计时万无一失。

Scope of delivery 2.917.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

917 Coulometer 是一台根据卡尔·费休（Karl Fischer）方法进行电量水份测定的紧凑型滴定仪。917 Coulometer 中集成了“Reduced to the max” – 操作模块、搅拌器和泵，可快速更换试剂。这可大幅度节省实验室工作台上的使用面积。

建议的测量范围：10 µg – 200 mg 绝对水

电量分析法是用于痕量范围液态、固态和气态中的水份测定理想方法。此外，电量分析法是一种绝对方法，无需进行滴定度测定。



指示电极，用于库仑法卡尔费休滴定。



带隔膜的发生电极，用于电量式卡尔·费休滴定法，标准磨口 29/22。该发生电极特别适用于：

- 绝对水份含量很低的样品 < 50 ppm
- 油样中电量式水份测定
- 使用酮试剂的应用
- 使用了导电性差的试剂的应用（添加氯仿、二甲苯 >10%）



用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。



1 PCS

6.1437.000

SGJ 塞子, SGJ 14



1 PCS

6.1439.010

KF 输送吸管

用于电量滴定杯的 KF 输送吸管, 包括 M8 螺纹套管接头 6.1811.010。



2 PCS

6.1446.040

堵头螺丝 / M6



1 PCS

6.1446.090

塞子 / B-14/15 / M8



2 PCS 6.1448.020 垫片, 16毫米, 5片
每套5件。



1 PCS 6.1464.320 卡氏滴定杯 / 80至250毫升 / 库仑法
Für 756 und 831 KF-Coulometer



2 PCS 6.1602.105 瓶盖 / GL 45 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液, 带螺纹 GL 45。



1 PCS 6.1608.023 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45
通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



1 PCS 6.1608.030 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45



1 PCS 6.1609.010 吸收剂管，带管口

盖子，带管口。



1 PCS 6.1623.000 瓶盖的溢流保护

废液瓶瓶盖的溢流保护，在使用抽液泵时避免废液瓶溢流



1 PCS 6.1801.120 PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米





1 个外螺纹 M8 和 1 个 Olive 式软管适配器。例如用于交换单元的恒温器外罩和恒温测量设备。



用于带螺纹的M8开孔。用于6.1602.1XX试剂瓶的瓶附件以及6.1608.0XX试剂瓶



用于带M8螺纹的开孔，用在6.1602.10X试剂瓶瓶附件（带6.1608.030吸液瓶）上。用于703与803 Ti Stand滴定台,681泵单元及679 Rancimat



1 PCS

6.1903.030

搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2023.020

SGJ 14/15 的夹子

SGJ 14/16 的夹子



1 PCS

6.2047.040

899/917 滴定杯架

用于 899 Coulometer 和 917 Ti-Touch 的电量滴定杯的滴定杯架



1 PCS

6.2104.020

1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.2104.120

1米的电极电缆，H

带H型插头。用于发生电极与卡尔费休库仑水分测试仪之间的连接。



1 PCS

6.2164.010

桌式电源 100 - 240 V/24 V 直流

用于 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer 和 所有 Eco Titrator/Eco Dosimat 的桌式电源。



1 PCS

6.2701.040

螺纹密封件 GL 18，带孔

材质为 PBT。带用于隔垫 6.1448.020 的孔。用于无隔膜滴定杯 6.5405.000 和滴定管 6.1464.32X 及 6.1465.320。



3 PCS

6.2713.000

PTFE 套环 NS14

用于与标准磨口 NS 14 的无润滑油磨口连接。



1 PCS

6.2713.010

PTFE 套环 NS29

用于与标准磨口 SGJ 29 的无润滑油磨口连接的套环。



1 PCS

6.2713.020

PTFE 套环 NS19

用于与标准磨口 NS 19 的无润滑油磨口连接。



1 PCS

6.2738.000

漏斗

用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



2 PCS 6.2816.030 带 Luer 式接头的针头

用于在多模式电极中加注水银的针头和用于在卡尔·费休滴定法中添加样品的针头。



2 PCS 6.2816.090 注射器 5 mL

用 PP 制成的 5 mL 注射器，带 Luer 式接头。



1 PCS 6.6066.000 USB flash drive for Ti-Touch

USB flash drive for 915 KF Ti-Touch and 916 Ti-Touch.



1 PCS 6.2723.300 900 Touch Control 的保护盖

900 Touch Control 的保护盖



1 PCS

6.2811.000

分子筛

分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2723.300	900 Touch Control 的保护盖 900 Touch Control 的保护盖	
2.142.0100	热敏打印机 Custom Q3X 带 USB 接口的一体式打印机，用于 • 900 Touch Control • 915 KF Ti-Touch • 916 Ti-Touch • 917 Coulometer • 877 / 848 Titrino plus • 865 / 876 Dosimat plus • 91X Meter (电缆 6.2151.140) • Eco Dosimat / 滴定仪 • 862 Compact Titrosampler • 870 KF Titrino plus • 899 Coulometer 纸宽 60 mm（40 个字符）。包括 USB 电缆 6.2151.120。	

紧凑型点阵式打印机，带 USB 和 RS 232 接口，用于

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titrator (+)
- 877 / 848 Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 865 / 876 Dosimat plus (额外需要 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (额外需要 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 899 Coulometer (额外需要 6.2151.100)

(+) 电缆包含在标准配置中

