



NIRS XDS RapidContent 模块

2.921.0110

快速无损地分析固体和液体物质

NIRS XDS RapidContent Analyzer 分析仪可快速无损地分析固体和液体物质和制剂。借助 Iris 适配器可将样品对中，由此提高分析的可重现性。金反射器可测量液体样品。NIRS XDS RapidContent Analyzer 分析仪用于固体物质的模块扩展了应用范围，几乎可分析任何形式的固体样品，无论是细粉末、粗颗粒、丸粒或散片。

Scope of delivery 2.921.0110

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.921.0110	NIRS XDS RapidContent 模块

快速无损地分析固体和液体物质

NIRS XDS RapidContent Analyzer 分析仪可快速无损地分析固体和液体物质和制剂。借助 Iris 适配器可将样品对中，由此提高分析的可重现性。金反射器可测量液体样品。NIRS XDS RapidContent Analyzer 分析仪用于固体物质的模块扩展了应用范围，几乎可分析任何形式的固体样品，无论是细粉末、粗颗粒、丸粒或散片。



Iris 光圈适配器用于在 NIRS XDS RCA Analyzer、NIRS XDS MasterLab Analyzer 和 NIRS XDS MultiVial Analyzer 中对小号样品容器、反射率标准板、各式小瓶或透射反射器皿等进行对焦



Optional accessories

Order no.	Description	
6.7402.200	螺旋塞，用于 6.7402.110 123 个螺旋塞，用于一次性小瓶 15 mm 反射。	
6.7402.210	螺旋塞，用于 6.7402.120 225 个螺旋塞，用于一次性小瓶 19 mm 反射。	
6.7402.220	螺旋塞，用于 6.7402.130 172 个螺旋塞，用于一次性小瓶 22 mm 反射。	
6.7402.230	螺旋塞，用于 6.7402.140 216 个螺旋塞，用于一次性小瓶 28 mm 反射。	

6.7402.110 一次性样品瓶，15 mm，反射

123 个可封闭的玻璃一次性样品瓶，直径为 15 mm，适用于分析反射中的固体。适用于 XDS、DS2500 和 OMNIS 产品系列的 NIR 固体分析仪。



6.7402.120 一次性样品瓶，19 mm，反射

225 个可封闭的玻璃一次性样品瓶，直径为 19 mm，适用于分析反射中的固体。适用于 XDS、DS2500 和 OMNIS 产品系列的 NIR 固体分析仪。



6.7402.130 一次性样品瓶，22 mm，反射

172 个可封闭的玻璃一次性样品瓶，直径为 22 mm，适用于分析反射中的固体。适用于 XDS、DS2500 和 OMNIS 产品系列的 NIR 固体分析仪。



6.7402.140 一次性样品瓶，28 mm，反射

216 个可封闭的玻璃一次性样品瓶，直径为 28 mm，适用于分析反射中的固体。适用于以下分析仪：

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer

