



平面膜电极

6.0256.100

此组合 pH 电极非常适用于：

- 在例如皮肤、皮革、纸张、纺织品这样的表面进行 pH 测量
- 小样品体积的 pH 测量/滴定（最小浸没深度 = 1 mm）
- 水悬浮液的 pH 测量/滴定

参比电解质：c (KCl) = 3 mol/L，储存在储存溶液中。

Scope of delivery 6.0256.100

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1236.050	套管，SGJ 14/12 毫米
		套管，SGJ 14/12 毫米，聚乙烯



1 PCS

6.2008.040

存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2104.020	1米的电极电缆，F 用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。	
6.2104.030	2米的电极电缆 / F 用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。	
6.2308.020	电解液，3 mol/L KCl（250 mL） 电解液c（KCl）=3 mol/L，250 mL（用于Ag/AgCl参比系统）	
6.2323.000	保存溶液 保存溶液，可用于所有参比电解液为c(KCl) =3 mol/L KCl溶液的复合pH玻璃电极。	

6.2325.000 pHit kit

pH电极的维护套件该套件包括:- 50 mL 清洗液- 50 mL 3M KCl 溶液- 50 mL 储藏液- 2 储存容器- 使用说明



6.2325.100 清洗液 3 x 50 mL

只有对 pH 玻璃膜和隔膜进行预防性和定期保养，才能保证长期可靠的测量结果。用有毒化学物质进行腐蚀性清洗或对隔膜进行机械处理不仅复杂而昂贵，而且加速了pH 玻璃电极的老化。

该清洗液是为简单和温和清洁 pH 玻璃电极而开发的。定期使用清洗液可以明显延长电极的使用寿命。

该清洗液也是 pHit kit 的内容。

