



Unitrode easyClean, 带 Pt1000 (固定电缆 2 m)

6.0260.020

带 easyClean 隔膜, 集成有 Pt1000 温度传感器的组合 pH 电极和固定电缆 (2.0 m)。它特别适用于:

- 用于在较难的、粘性或碱性样品中进行自动 pH 测量和滴定
- 温度升高的时候
- 长时测量的时候

easyClean 隔膜易于清洁, 即使是严重污染样品。

参比电极: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$, 储存在储存溶剂中。

替代方法: $T > 80^\circ \text{C}$ 时的测量用参比电解质, 储存在 Idrolyt 中。

Scope of delivery 6.0260.020

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



1 PCS

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。



Optional accessories

Order no.	Description
6.2308.020	电解液, 3 mol/L KCl (250 mL) 电解液c (KCl) =3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)
6.2325.000	pHit kit pH电极的维护套件该套件包括:- 50 mL 清洗液- 50 mL 3M KCl 溶液- 50 mL 储藏液- 2 储存容器- 使用说明
6.2323.000	保存溶液 保存溶液, 可用于所有参比电解液为c(KCl) =3 mol/L KCl溶液的复合pH玻璃电极。
6.2325.100	清洗液 3 x 50 mL 只有对 pH 玻璃膜和隔膜进行预防性和定期保养, 才能保证长期可靠的测量结果。用有毒化学物质进行腐蚀性清洗或对隔膜进行机械处理不仅复杂而昂贵, 而且加速了pH 玻璃电极的老化。 该清洗液是为简单和温和清洁 pH 玻璃电极而开发的。定期使用清洗液可以明显延长电极的使用寿命。 该清洗液也是 pHit kit 的内容。



6.2308.040 Idrolyte (250毫升)

Idrolyte (为 6.0224.100 电极和复合电极 T >80° C)

