



OMNIS Coulometer 的 KFC 装置，配备无隔膜的发生电极

6.05406.010

完整的附件组，用于电量分析卡尔·费休滴定法。

Scope of delivery 6.05406.010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.00349.100	无隔膜的发生电极

不带隔膜的发生电极，用于电量式卡尔·费休滴定法，标准磨口 29/22。
该发生电极适用于样品易溶于酒精的大多数应用。
该电极拥有向上弯折的电缆接口。



1 PCS

6.02047.000

OMNIS 滴定杯支架

滴定杯支架用于将电量分析滴定杯固定到 OMNIS Coulometer 或者 OMNIS Coulometer Module 上



1 PCS

6.02104.040

电极线缆，G 型电极插头（极化电极）/ P 型插头，0.55 m

将模拟极化电极（G 型电极插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。



1 PCS

6.0341.100

用于库仑法分析的双铂丝电极

指示电极，用于库仑法卡尔费休滴定。



1 PCS

6.1403.030

至库仑法滴定杯的 KF 吸附管

用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。



1 PCS

6.1437.000

SGJ 塞子, SGJ 14



2 PCS

6.1448.020

垫片, 16毫米, 5片

每套5件。



1 PCS

6.1464.320

卡氏滴定杯 / 80至250毫升 / 库仑法

Für 756 und 831 KF-Coulometer



1 PCS

6.1903.030

搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒, 以 PTFE (聚四氟乙烯) 材料包裹, 长 25 mm。



1 PCS 6.2104.620 电极电缆 / 0.65 m / H

带插头 H，用于连接发生电极 – 电量计



1 PCS 6.2701.040 螺纹密封件 GL 18，带孔

材质为 PBT。带用于隔垫 6.1448.020 的孔。用于无隔膜滴定杯 6.5405.000 和滴定管 6.1464.32X 及 6.1465.320。



2 PCS 6.2713.000 PTFE 套环 NS14

用于与标准磨口 NS 14 的无润滑油磨口连接。



1 PCS 6.2713.010 PTFE 套环 NS29

用于与标准磨口 SGJ 29 的无润滑油磨口连接的套环。



用于与标准磨口 NS 19 的无润滑油磨口连接。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2811.000	分子筛 分子筛。瓶装250克。孔径： 0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。	
6.2811.010	分子筛（美国） 分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小： 0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。 本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。	