




OMNIS Oven Module 的 KFC 装置，配备有隔膜的发生电极

6.05406.060

卡尔 费休电量滴定的完整附件组，在 OMNIS Oven Module 上配备发生电极和隔膜

Scope of delivery 6.05406.060

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.00348.100	带隔膜的发生电极

带隔膜的发生电极，用于电量式卡尔·费休滴定法，标准磨口 29/22。该电极拥有向上弯折的电缆接口，其在搭配 OMNIS Sample Robot Oven 使用的时候简化了电缆布线 and 操作。

该发生电极特别适用于：

- 绝对水份含量很低的样品 50 ppm
- 油样中电量式水份测定
- 使用酮试剂的应用
- 使用了导电性差的试剂的应用（添加氯仿、二甲苯 >10%）



1 PCS

6.02104.050

电极线缆，G 型电极插头（极化电极）/ P 型插头，
1.5 m

将模拟极化电极（G 型电极插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电
缆。



1 PCS

6.0341.100

用于库仑法分析的双铂丝电极

指示电极，用于库仑法卡尔费休滴定。



1 PCS

6.1403.030

至库仑法滴定杯的 KF 吸附管

用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。



1 PCS

6.1448.020

垫片，16毫米，5片

每套5件。



1 PCS

6.1464.320

卡氏滴定杯 / 80至250毫升 / 库仑法

Für 756 und 831 KF-Coulometer



1 PCS

6.1903.030

搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2104.630

电极电缆 / 1.5 m / H

带插头 H，用于连接发生电极 - 电量计



1 PCS

6.2701.040

螺纹密封件 GL 18，带孔

材质为 PBT。带用于隔垫 6.1448.020 的孔。用于无隔膜滴定杯 6.5405.000 和滴定管 6.1464.32X 及 6.1465.320。



1 PCS

6.2713.000

PTFE 套环 NS14

用于与标准磨口 NS 14 的无润滑油磨口连接。



1 PCS

6.2713.010

PTFE 套环 NS29

用于与标准磨口 SGJ 29 的无润滑油磨口连接的套环。



1 PCS

6.2713.020

PTFE 套环 NS19

用于与标准磨口 NS 19 的无润滑油磨口连接。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2811.000	分子筛 分子筛。瓶装250克。孔径： 0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。	
6.2811.010	分子筛（美国） 分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小： 0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。 本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。	