



离子色谱装备：MiPCT

6.5330.140

英蓝浓缩（MiPCT）的附件组，包括左侧 LQH。

Scope of delivery 6.5330.140

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1014.200	Metrosep I Trap 1 - 100/4.0（捕获柱）

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 捕获柱用于清除水溶剂中的离子杂质，即阳离子和阴离子杂质。建议将其用于清洁输送水，尤其用于 «MISP», 即 «Metrohm Inline Sample Preparation»（英蓝技术）。通过使用 Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 保护柱可大幅降低输送水对系统空白值的影响。



1 PCS 6.1602.160 淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45

用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。




1 PCS 6.1608.070 淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



1 PCS 6.1618.020 S 40螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器

将带S40螺纹的试剂瓶（Merck等厂家生产）连接到GL45接口的转接器



1 PCS 6.1624.000 SGJ 14转接器，用于6.1619.XXX 吸收剂

转接器，SGJ 14.6.1619.010的零件，用在稀释型样品处理系统上



1 PCS 6.1805.120 FEP管 / M6 / 100厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1819.110 FEP 吸管，用于容器
带 M6 接口的容器盖吸管。用于淋洗液制备。



1 PCS 6.1825.280 转移泵管 PFA, 20 mL



2 PCS 6.1831.180 PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 PCS

6.2744.010

压力螺丝5x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



2 PCS

6.2744.080

螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



1 PCS

6.2841.120

灵活量化液体处理台，左侧

组合式冲洗和稀释台，用于带摆头（Swinghead）的自动进样器。用于安装在塔左侧。



1 PCS

6.1580.150

807 Dosing Unit 5 mL, 无附件

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 5 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。



1 PCS

6.1619.000

807 Dosing Unit 的吸附管

