



CVS 电极设备，配备 2 mm 铂电极、凝胶参比电极和钢辅助电极，用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器

6.5339.110

用于在电镀池中以 CVS 技术 («Cyclic Voltammetric Stripping», 循环伏安溶出法) 测定有机添加剂的整套电极套件。包括旋转铂工作电极 (电极直径: 2 mm)、带水银触点的驱动轴、免维护的凝胶参比电极、钢辅助电极、量杯和 KCl 电解液。

Scope of delivery 6.5339.110

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.0343.110	单独的钢电极
		用于 CVS 的钢辅助电极



1 PCS 6.0730.100 完整的 LL-Ag/AgCl（凝胶）参比电极

无需保养的双接点 Ag/AgCl 参比电极，用于伏安法。玻璃材质，电解质 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ （凝胶），用于 pH 0 ... 8。适用于自动化系统和在线设备的连续运行。



1 PCS 6.1204.520 旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴（带水银触点）

旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴（带用于 Professional VA 伏安测量 /CVS 仪器的钛轴和水银触点），螺纹 M3。



1 PCS 6.1204.610 铂金电极头 2 mm，用于 CVS

铂（Pt）制金属电极，电极片直径为 $2 \text{ mm} \pm 0.05 \text{ mm}$ ，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3。同心度误差 0.3 mm。温度范围：0 – 50° C。



1 PCS 6.1415.210 滴定杯 / 10至90毫升



1 PCS

6.1415.250

滴定杯 / 50至150毫升



1 PCS

6.2308.020

电解液, 3 mol/L KCl (250 mL)

电解液c (KCl) = 3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)

